



TARATURA & CERTIFICAZIONE

Notified Body 2166

LABCERT snc di G. Blandino & C.

Via Comina, 3 33080 S. QUIRINO (PN) Italy

Tel.: 0434 554707 – Fax 0434 362081

INTERNET: www.labcert.it – metrologia-legale.it

e-mail: info@labcert.it

Partita IVA e Codice Fiscale 00244180931

Accreditamenti & Certificazioni

ORGANISMO NOTIFICATO: EU – n° 2166 – MID & NAWI
Idoneità Verifica Periodica: CCIAA di PN – Cert N° PN-01
UNIONCAMERE n° 132 - 133

Centro di Taratura: LAT N° 147

Sistema di Garanzia Qualità: RINA n° 2345/99/S

Il Manuale della Qualità
Risponde alle seguenti
Norme:

- UNI ISO 9001:2008
- UNI CEI EN 45011:1999
- UNI CEI EN ISO 17025:2005

Rapporto di Taratura

n. 1647.15

Data di emissione	15/01/2015
Destinatario	BIANCHI & ROSSI Via delle Industrie, 100 PORDENONE
Richiesta	Conferma d'Ordine n° 005/15
In data	15/01/2015
Oggetto	Manometro a quadrante
Fabbricante	NOVA FIMA
Modello	KL 1.0
Matricola	029-654
Data delle misure	15/01/2015
Registro di laboratorio	1647-15 BIANCHI

Responsabile del laboratorio
Cav. Giuseppe Blandino

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.	PressKAL – r.2.3
La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N.	801960
muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N.	28311P – SIT 93

Strumento in Taratura

Strumento	Manometro a quadrante
Campo di misura:	0 – 600 bar
Unità di formato:	5 bar
Risoluzione:	2 bar
Condizioni ambientali:	Temperatura: 20 ± 3 °C Umidità: 50 ± 5 % U.R.

MISURE di PRESSIONE						
Valore di riferimento del campione	1° Ciclo Valori di lettura del manometro in taratura (crescente)	2° Ciclo Valori di lettura del manometro in taratura (decrescente)	Errore di lettura	Incertezza Estesa	Errore di lettura	Incertezza Estesa non corretta
bar	bar	bar	bar	bar	%	%
0.00	0	0	0,000	2,583	0,000	2,583
60.00	60	64	2,000	3,465	0,286	5,465
180.00	180	184	2,000	3,465	0,286	5,465
300.00	300	304	2,000	3,465	0,286	5,465
480.00	478	480	-1,000	2,829	-0,143	3,829
600.00	597	597	-3,000	2,583	-0,429	5,583
300.00	300	Ripetibilità				
300.00	304					

Operatore
Davide Gemona

